

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 91051-24

Срок действия утверждения типа до 18 января 2029 г.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Преобразователи уровня радиоволновые волноводные Тэкфлекс

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Инвард" (ООО "Инвард"), г. Рязань

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Инвард" (ООО "Инвард"), г. Рязань

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
РТ-МП-47-208-2025

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год - для преобразователей уровня с пределами допускаемой абсолютной погрешности $\leq \pm 3$ мм; 3 года - для преобразователей уровня с пределами допускаемой абсолютной погрешности $> \pm 3$ мм; 3 года - для преобразователей, работающих при избыточном давлении (кроме работающих с сжиженными газами)

Изменения в сведения об утвержденном типе средств измерений внесены приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 июня 2025 г. N 1067.

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 7B1801563EA497F787EAF40A918A8D6F
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович
Действителен: с 19.05.2025 до 12.08.2026

Е.Р.Лазаренко

«20» июня 2025 г.